

# 仕 様 書

## 1. 品名・個数

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| (1) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 I       | 2 2 台                 |
| (2) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 I 用ブレード | 5 セット (1 セット 1 0 本入り) |
| (3) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 II      | 1 1 セット (1 セット 2 本入り) |
| (4) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 III     | 5 セット                 |
| (5) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 IV      | 1 セット                 |

## 2. 規格・品質等

### (1) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 I

- ア. モニタ画面上にターゲットマークが表示されること。
- イ. モニタはカラーLCD であること。
- ウ. 防水保護性能は IPX 7 以上であること。
- エ. 本体の重さは 200 g 未満であること。(ブレード及び電池未装着時)
- オ. 光源は白色 LED であること。

### (2) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 I 用ブレード

- ア. 上記 2. (1) に装着可能であること。
- イ. 対応チューブ外径が 7.5~10.0mm であること。

### (3) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 II

- ア. 気管チューブ適合サイズは 7.0mm~8.5mm であること。
- イ. 光源は LED であること。
- ウ. 単回使用製品 (再使用禁止) であること。
- エ. 本体・本体カバー・スイッチ・電池カバーは ABS 樹脂であること。
- オ. 熱可塑性ポリウレタンのアイカップを有すること。
- カ. ポリメチルメタクリレートのレンズを有すること。
- キ. ガラスの鏡を有すること。

### (4) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 III

- ア. OLED フルカラー反射防止ディスプレイを有すること。
- イ. ディスプレイの可視角度は 150 度以上であること。
- ウ. ディスプレイの大きさは 2.2 インチ以上であること。
- エ. 防曇コーティングされたレンズであること。

オ. ブレードとハンドルは一体型であること。

カ. 光源は白色LEDであること。

(5) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡IV

ア. ディスプレイの大きさは2.5インチ以上であること。

イ. ディスプレイはカラーLCDであること。

ウ. 光源は高輝度LEDであること。

エ. 重量は220g未満であること。

以上